

经研究,对威海市立医院和平路院区新增1台DSA装置应用项目提出审批意见如下:

一、威海市立医院和平路院区位于山东省威海市环翠区和平路70号,根据医院整体发展规划,拟于和平路院区2#楼四层西北角楼梯间东侧建设1座DSA手术室,手术室包括DSA手术室、操作间和设备间,拟新增1台DSA装置(最大管电压125kV,最大管电流1000mA)主要用于开展心血管、神经介入等介入手术。许可类型与范围属使用II类射线装置。项目总投资1400万元,其中环保投资100万元。该项目在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和本审批意见要求后,对环境的影响符合国家有关规定和标准,我分局同意按照环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点和采取的辐射安全和防护措施建设该项目。

二、该项目应严格落实环境影响报告表及以下要求,落实和完善该项目的辐射安全与防护措施,开展辐射工作。

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.项目应当依照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定,取得辐射安全许可证。

2.落实辐射安全管理责任制。医院法人代表为辐射安全工作第一责任人,分管负责人为直接责任人。设立辐射安全与环境保护管理机构,明确辐射工作岗位,落实岗位职责。指定1名本科以上学历的技术人员专职负责全院的辐射安全管理工作;各辐射工作场所应安排技术人员负责各自的辐射安全管理工作。

3.严格落实DSA装置使用登记制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、培训计划和监测方案等,建立辐射安全管理档案。

(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.加强辐射工作人员的辐射安全培训和再培训,制定培训计划,组织辐射工作人员参加辐射安全培训和考核,经考核合格后持证上岗;考核不合格的,不得上岗。

2.按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的要求建立辐射工作人员个人剂量档案,做到1人1档。辐射工作人员应佩戴个人剂量计,每3个月进行1次个人剂量监测,安排专人负责个人剂量监测管理,发现个人剂量监测结果异常的,应当立即核实和调查,并向生态环境部门报告。

3.使用DSA时,医护人员应穿戴铅衣、铅帽、铅眼镜等个人防护用品,并在铅防护屏后工作,确保辐射工作人员所受照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定的标准限值。

4.从事放射治疗或诊断时,应对患者采取有效辐射安全与防护措施,严格控制受照剂量。

(三)做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.落实实体屏蔽措施,确保手术室防护门、观察窗及屏蔽墙外30cm处空气比释动能率不大于 $2.5\mu\text{Gy/h}$ 。

2.医院各辐射工作场所醒目位置上应设置电离辐射警告标志,标志应符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)》的要求。

3.做好手术室自动闭门装置、门灯联动装置、工作状态指示灯、紧急停机按钮等辐射安全与防护措施的维护、维修,并建立维修、维护档案,机房应按要求设置动力排放系统,保持良好通风,确保辐射安全与防护措施安全有效。

4.配备1台辐射巡检仪,完善并严格执行辐射环境监测计划,开展辐射环境监测,并向生态环境部门上报监测数据。

(四)开展本单位辐射安全和防护状况的年度评估,每年1月31日前向威海市、区生态环境部门提交年度评估报告。

(五)制定并定期修订本单位的辐射事故应急预案,定期组织开展应急演练。若发生辐射事故,应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施开展自行验收、编制验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告，按要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示，并将验收档案报威海市生态环境局环翠分局备案；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全与防护设施等发生重大变动，应当重新报批环境影响评价文件；若环评文件自批复之日起超过5年，方可决定该项目开工建设，应及时向生态环境部门报告，重新编制环境影响评价报告，并重新报批。

五、项目建设及运营过程中要配合威海市生态环境局环翠分局的监督管理。

审核人： 

(公章)

2026年10月27日